

zaštitu za pacijenta, te pribor za intravaskularno, peroralno i perrektalno davanje sredstava, kao i komplet za anti šok terapiju.

Za obavljanje poslova ultrazvučne dijagnostike potrebno je imati UZV aparat sa odgovarajućim sondama, najmanje dvije sonde: lineranu i sektorsku i ležajem za pregled pacijenta."

Član 3.

U članu 86. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Izuzetno, ukoliko poliklinika nije registrirana za obavljanje laboratorijske djelatnosti/dijagnostike, može organizovati priručni laboratorij za vlastite potrebe".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 4.

Član 123. mijenja se i glasi:

"Član 123.

Konvencionalnu Rtg dijagnostiku i ultrazvučnu dijagnostiku osigurava radni tim: specijalist radiološke dijagnostike, diplomirani inženjer radiologije ili viši radiološki tehničar.

Ukoliko poliklinika obavlja dijagnostiku iz člana 122. ovog pravilnika istu može obavljati u okviru radnog tima iz stava 1. ovog člana."

Član 5.

U članu 147. stav (1) tačka 3) podstav 4. brišu se riječi "i detektor otkucaja srca čeda".

Član 6.

U članu 212. broj "38" zamjenjuje se brojem "50".

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-37-6462/14

2. oktobra 2014. godine

Sarajevo

Ministar

Prof. dr. **Rusmir Mesihović**, s. r.

Na temelju članka 55. stavak 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), federalni ministar zdravstva donosi

**PRAVILNIK  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM  
UVJETIMA PROSTORA, OPREME I KADRA ZA  
OSNIVANJE I OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE  
DJELATNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA**

Članak 1.

U Pravilniku o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/12, 23/13, 90/13 i 15/14), članak 57. mijenja se i glasi:

"Članak 57.

Usluge laboratorijske dijagnostike pruža radni tim u sljedećem sastavu:

- specijalista medicinske biokemije ili specijalista biokemije ili diplomirani inženjer medicinske biokemije ili diplomirani inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike,
- viši laboratorijski tehničar ili laboratorijski tehničar, i
- pralja laboratorijskog posuda."

Članak 2.

Članak 59. mijenja se i glasi:

"Članak 59.

Za djelatnost radiološke dijagnostike, pored opreme, liječnička ordinacija treba imati sljedeću opremu: rendgenski aparat za snimanje, trofazni sa 6 - 12 ispravljača jačine 750 -

1000 mA, te 125 - 150 kV, elektronski pojačivač slike i TV lanac ili druge dijagnostičke uređaje koji se koriste u rendgenologiji, stol za rendgenske preglede, opremu za tamnu komoru s uređajem za razvijanje i sušenje filma (ako je to nužno za rad), negatoskop, olovne i končane rukavice za pregled, olovne naočale i pregaču, filmski dozimetar i odgovarajuću olovnu zaštitu za pacijenta, te pribor za intravaskularno, peroralno i perrektalno davanje sredstava, kao i komplet za anti šok terapiju.

Za obavljanje poslova ultrazvučne dijagnostike potrebno je imati UZV aparat s odgovarajućim sondama, najmanje dvije sonde: lineranu i sektorsku i ležajem za pregled pacijenta."

Članak 3.

U članku 86. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Izuzetno, ukoliko poliklinika nije registrirana za obavljanje laboratorijske djelatnosti/dijagnostike, može organizirati priručni laboratorij za vlastite potrebe".

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 4.

Članak 123. mijenja se i glasi:

"Članak 123.

Konvencionalnu Rtg dijagnostiku i ultrazvučnu dijagnostiku osigurava radni tim: specijalist radiološke dijagnostike, diplomirani inženjer radiologije ili viši radiološki tehničar.

Ukoliko poliklinika obavlja dijagnostiku iz članka 122. ovoga pravilnika istu može obavljati u okviru radnog tima iz stavka 1. ovoga članka."

Članak 5.

U članku 147. stavak (1) tačka 3) podstavak 4. brišu se riječi "i detektor otkucaja srca čeda".

Članak 6.

U članku 212. broj "38" zamjenjuje se brojem "50".

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-37-6462/14

2. listopada 2014. godine

Sarajevo

Ministar

Prof. dr. **Rusmir Mesihović**, v. r.

На основу члана 55. став 4. Закона о здравственој заштити ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/10 и 75/13), федерални министар здравства доноси

**ПРАВИЛНИК  
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О  
БЛИЖИМ УСЛОВИМА ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И  
КАДРА ЗА ОСНИВАЊЕ И ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ  
ДЈЕЛАТНОСТИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА**

Члан 1.

У Правилнику о ближим условима простора, опреме и кадра за оснивање и вршење здравствене дјелатности у здравственим установама ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 26/12, 23/13, 90/13 и 15/14), члан 57. мијења се и гласи:

"Члан 57.

Услуге лабораторијске дијагностике пружа радни тим у слиједећем саставу:

- специјалиста медицинске биохемије или специјалиста биохемије или дипломирани инжењер медицинске биохемије или дипломирани инжењер медицинско-лабораторијске дијагностике,